

Densimètre, avec certificat d'usine

Densimètre avec une marge d'erreur de $\pm 0,001 \text{ g/cm}^3$;

Conditionné dans un étui en plastique carré;

Température de référence: 20 °C

Valeur de mesure min. g/cm ³	Valeur mesurée max. g/cm ³	Plage de mesure	Pas g/cm ³	Longueur mm	UC	Référence
0,7	0,8	0,700 ... 0,800 g/cm ³ ;	0,001	300	1	7.910 922
1,3	1,4	1,300 ... 1,400 g/cm ³ ;	0,001	300	1	6.225 484

Alternativen:

Densimètre, avec certificat d'étalonnage DAkkS, avec 3 points de contrôle / Ludwig Schneider